

Акционерная компания "АЛРОСА" (Публичное акционерное общество) (АК "АЛРОСА" (ПАО))

Удачный горно-обогатительный комбинат (УГОК)

Административно-бытовой комплекс (АБК), Комплексная лаборатория (КЛ)

Адрес местонахождения лаборатории: 678188, Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный
водопроводная очистная станция, инв. № 64, лит. А1

лаборант химического анализа 5 разряда Кузьмина В.И., тел.+7(41136)99000 доб. 7-52-03; эл.адрес: KuzminaVI@alrosa.ru
Заведующий Комплексной лабораторией: Гарипова А.Ф., тел.+7(41136)99000 доб. 7-52-02; эл.адрес: FassalovaAF@alrosa.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в национальной системе аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512395



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Комплексной лабораторией

А.Ф. Гарипова А.Ф. Гарипова

«15» 06 2021

ПРОТОКОЛ № П 6/21-10

о результатах лабораторных исследований воды в июне 2021 года

Заказчик: ООО "Предприятие тепло-водоснабжения (ПТВС)"
Юридический адрес заказчика: 678174 Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, город Мирный, проспект Ленинградский, дом 7, корпус 4
Фактический адрес заказчика: 678188 Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, город Удачный, мкр.Новый город. База ПТВС
Наименование подразделения: ООО "ПТВС" Удачныйское отделение
Место отбора проб: Распределительная сеть мкр. Новый город
Объект исследования: Питьевая вода
Номер акта отбора проб: № П21/86; № М21/65
Отбор проб проведен согласно: ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 56237 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных сетях»; ГОСТ 31942 «Вода.Отбор проб для микробиологического анализа»; РИ-1 "Инструкция по отбору проб питьевой и поверхностной воды", РИ-6 "Инструкция по отбору проб для микробиологического анализа"

Перечень используемого оборудования:

№ п/п	Наименование средств измерения, испытательного оборудования, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер, инвентарный номер
1	Спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5300В, 2013	VEN1302036, 811237
2	Спектрофотометр UNICO 1201, 2014	WP 13091309023, 5086772
3	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, 2015	53ВИ1429, 5087305
4	pH-метр pH-150МИ, 2017	3447, 914576
5	pH-метр pH- 150МИ, 2013	4938, 914576
6	Весы лабораторные электронные АВ204-S/A, 2004	1125253410, 3001848
7	Весы лабораторные электронные РВ602-S/A, 2004	1125253894, 3001849

№ п/п	Наименование средств измерения, испытательного оборудования, год ввода в эксплуатацию	Заводской номер, инвентарный номер
8	Весы лабораторные электронные РВ602-S/A, 2005	1126461108, 3004886
9	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, 2019	10474, 5093181
10	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, 2019	10485, 5093182
11	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ, 2018	10372,5091867
12	Электрошкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5 И5М, 2013	2149, 5084025

Результаты исследования:

Показатели	Единицы измерения	Методика (метод) измерений	ПДК	Результат с учетом погрешности		Результат с учетом погрешности		Результат с учетом погрешности			
				Дом 34 кв 3		Поликлиника		Детский сад "Алмазик"			
				Холодная вода	Горячая вода	Холодная вода	Горячая вода	Холодная вода	Горячая вода		
				Номер пробы:		П-0621/932	П-0621/933	П-0621/934	П-0621/935	П-0621/936	П-0621/937
						М-0621/315	М-0621/316	М-0621/317	М-0621/318	М-0621/319	М-0621/320
				Дата отбора и проведения исследований:		09.06.2021		09.06.2021		09.06.2021	
Дата окончания проведения исследований:		11.06.2021		11.06.2021		11.06.2021					
Водородный показатель (рН)	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2017 г.)	6,0-9,0	7,5* ± 0,2	7,7* ± 0,2	7,4* ± 0,2	7,7* ± 0,2	7,4* ± 0,2	7,7* ± 0,2		
Железо общее	мг/ дм ³	ГОСТ 4011-72 п.3	0,3	< 0,05*	< 0,05*	< 0,05*	< 0,05*	< 0,05*	< 0,05*		
Мутность	мг/ дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)	1,5	< 0,58*	< 0,58*	< 0,58*	< 0,58*	< 0,58*	< 0,58*		
Сероводород, гидросульфид, сульфид (суммарно)	мг/ дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.)	0,05	—	< 0,002	—	< 0,002	—	< 0,002		
Цветность	градусы цветности	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (издание 2004 г.)	20	5,9* ± 2,4	8,2* ± 3,3	8,2* ± 3,3	9,0* ± 3,6	8,2* ± 3,3	10,5* ± 2,1		
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ ОКБ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	отсутст вие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено		
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	КОЕ ТКБ в 100мл	МУК 4.2.1018-01	отсутст вие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено		
Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01	не более 50	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено		

Показатели	Единицы измерения	Методика (метод) измерений	ПДК	Результат с учетом погрешности		Результат с учетом погрешности		Результат с учетом погрешности	
				Дом 34 кв 3		Поликлиника		Детский сад "Алмазик"	
		Номер пробы:	Холодная вода	Горячая вода	Холодная вода	Горячая вода	Холодная вода	Горячая вода	
			П-0621/932	П-0621/933	П-0621/934	П-0621/935	П-0621/936	П-0621/937	
		Дата отбора и проведения исследований:	09.06.2021		09.06.2021		09.06.2021		
		Дата окончания проведения исследований:	11.06.2021		11.06.2021		11.06.2021		
Колифаги	НВЧ БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	отсутствует	не обнаружено	—	не обнаружено	—	не обнаружено	—

Протокол составил:

Лаборант химического анализа 5 разряда  В.И. Кузьмина

* Результат исследований рассчитан как среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений

ПДК согласно СанПиН 1.2.3685-21 " Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания "

Результаты, приведенные в протоколе, распространяются на данные пробы, отобранные в данном месте отбора.

Протокол составлен в одном экземпляре. Заказчику направлена сканированная копия протокола.

Протокол не может быть воспроизведен частично без письменного разрешения заведующего лабораторией.

Результаты представительны в части химических (в том числе отбор проб) и микробиологических исследований.

Конец протокола.